

SUSPICION D'HYPOXIE

- Augmentation de la fréquence respiratoire (nl = 16 à 20/min) •
 - Augmentation de la TA •
- Augmentation de la fréquence cardiaque •
 - Cyanose •
- Agitation - Obnubilation - Désorientation •

MESURE SATURATION O2



- Arrêt cardiaque
- Hypotension
- Vasoconstriction
- Colorants (ex.: vernis à ongles)

SATURATION O2 < 90%

BPCO - fibrose - etc ...
(2 à 3 litres / min MAX)

Autres causes : OAP, ...
(4,5 à 10 litres / min)

APPELLER MEDECIN

SURVEILLANCE

SATURATION O2 > 90%

STOP !

Si fréquence respi. ↗ puis ↘
Si la TA ↗ et ↘
Si céphalées - sueurs
Si agitation - anxiété
Si tremblements

Repasser de gros débit
à faible débit.